Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Chicco Termometro digitale Flex Night o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Elettromedicali

trovaprezzi.it

IT TERMOMETRO FLEX NIGHT

ISTRUZIONI PER L'USO
Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso e conservare per futuro riferimento.

AVVERTENZE
Precedentemente al primo utilizzo e dopo ogni misurazione pulire e sanitizzare la sonda. Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. Non lasciare mai solo il bambino durante la misurazione della temperatura. Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere ingoiati dai bambini e metterne a rischio la salute. Leventuale utilizzo su soggetti con ridotte capacità cognitive deve avvenire sotto supervisione di un adulto. Il termometro è destinato esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea. In caso di urti, cadute o qualora sussistano dubbi sul funzionamento del prodotto, rivolgersi al distributore. Non provare ad aggiustare il termometro. In caso di dubbio o di valzo della temperatura consultare il medico. Dopo l'uso riporre il termometro in un luogo fresco ed asciutto e al riparo dalla polvere. Il corretto posizionamento del termometro è fondamentale per un'accurata rilevazione della temperatura. Evitare di bere bevande calde o fredde, di svolgere attività fisica, di fare un bagno o una doccia e di fumare durante i 15 minuti antecedenti la misurazione. Per assicurarsi di misurare in modo corretto la temperatura seguire le seguenti istruzioni. Solo per uso rettale e orale. Termometro a misurazione diretta. Non necessita ricalibrazione.

MODALITÀ D'USO:
1. Accendere il termometro premendo il pulsante ON/OFF
2. Sul visore appariranno in ordine tutti i segmenti: "188.8°E M" » "Ultima misurazione effettuata" (es. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98,6°F" (temperatura di autotest) » "Lo°C/ Lo°F" con °C lampeggiante ad indicare l'inizio della misurazione;
3. Posizionare il termometro:
   a. Uso Orale (~10 sec.): posizionare la punta della sonda nella parte inferiore della bocca, sotto la lingua e chiudere la bocca.
   b. Uso Rettale (~10 sec.): inserire la punta della sonda nel retto per alcuni mm. Se durante tale operazione si rileva resistenza interrompere immediatamente. Per misurare la temperatura al neonato per via rettale, sdraiarlo su un piano rigido su un lato e spostare le gambine verso il petto tenendolo fermo in modo che non possa voltarsi durante la misurazione. Ricordare che la temperatura corporea interna è sempre leggermente superiore a quella esterna (circa 0,5°C). Non utilizzare unguenti, vaselli o altri simili sulla punta.
4. Un segnale acustico avvisa dell'avvenuta rilevazione. Il display si illumina per qualche secondo per facilitare la lettura della temperatura. **ALLARME FEBBRE**: Se la temperatura è ≥ 37.8 °C (≥ 100.0 °F), viene emesso un suono di allarme.
5. Se viene visualizzata la scritta Lo°C/ Lo°F il termometro ha misurato una temperatura inferiore al valore minimo dell'intervallo di misurazione. Se viene visualizzata la scritta Hi°C/ Hi°F il termometro ha misurato una temperatura superiore al valore massimo dell'intervallo di misurazione. In questi casi si suggerisce di verificare il corretto posizionamento del termometro e ripetere la misura. In caso di persistenza della scritta "ERR" il termometro ha problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio Consumatori.
6. Dopo la rilevazione spegnere il termometro premendo il pulsante (se non effettuata manualmente il termometro si spegne da solo dopo 10 minuti). Se compare la scritta "ERR" il termometro ha problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio Consumatori.

PRECAUZIONI IN CASO DI MISURA ASCELLARE
Trattandosi di un termometro a misurazione diretta e rapida se ne consiglia l'uso rettale ed orale.
Se fosse necessario effettuare una misurazione ascellare prendere queste precauzioni per permettere alla temperatura ascellare di stabilizzarsi:
- assicurarsi che l'ascella sia asciutta;
- dell'indicare il braccio del termometro spento e stringere il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la misurazione;
- procedere con misurazione come indicato nel paragrafo "Modalità d'uso".

SELEZIONE DELLA SCALA °C/°F
Per passare da una scala all'altra, a termometro spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 2 secondi dopo i quali sarà visualizzato il cambio di unità di misura. Rilasciare il pulsante, il termometro avvia automaticamente la procedura di autotest per procedere con la misurazione.

SOSTITUZIONE DELLA PILA
Il termometro è alimentato da una pila tipo LR-1130 la cui durata minima è di 1000 misurazioni. La visualizzazione del simbolo indica che la batteria è scarica. Sostituire immediatamente la batteria. Per sostituire la batteria: aprire il vano batteria ruotando il coperchio in senso anti-orario di 45° usando un utensile. Rimuovere la batteria scarica e inserirne la nuova con il polo positivo "+" rivolto verso l'alto. Richiudere il coperchio del vano ruotandolo in senso orario di 45°. Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le indicazioni riportate alla fine delle istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini: se ingerite sono tossiche.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Il termometro e la sua sonda possono essere puliti utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto con alcool o con una soluzione disinfettante. La sonda è waterproof. Lo strumento non è impermeabile, non immergerlo o fare entrare acqua o altri liquidi. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, solventi o benzene.

CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO

	Temperatura -25°C / 55°C (-13.0°F / 131.0°F)		Umidità <=85%RH non condensante

Pressione di trasporto/conservazione 700-1060 hPa

LOT	Numero di Lotto	REF	Codice Prodotto
	La sonda è una parte applicata di tipo BF		Fabbricante

IP 22 grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi (gocciolamento - inclinazione 15°).

Conforme alla direttiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE
Conforme alla norma EN 12470-3:2000+A1:2009
Termometri clinici - parte 3: prestazione dei termometri elettrici compatti (a comparazione e extrapolazione) aventi un dispositivo di massimo.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Il termometro è stato progettato in accordo alla Norme vigenti e ai requisiti di Compatibilità Elettromagnetica.
In ogni caso è necessario adottare alcune precauzioni in materia EMC, predisporre e utilizzare il termometro in conformità alle indicazioni di EMC fornite nel presente documento.
2. Le apparecchiature di comunicazione senza fili, come i dispositivi wireless della rete domestica, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni radio base, i walkie-talkie possono influenzare questo dispositivo e dovrebbero essere tenute almeno ad una distanza "d" dall'apparecchiatura.
La distanza "d" è calcolata dal costruttore nella colonna da 800MHz a 2,5 GHz di tabella 6 della norma IEC 60601-1-2: 2007, a seconda dei casi.

Al fine di ridurre possibili interferenze da dispositivi mobili o da trasmettitori RF, il costruttore suggerisce di mantenere l'apparecchiatura ad una distanza di sicurezza di almeno 1 m.
Maggiori informazioni sulla conformità EMC del termometro FLEX NIGHT possono essere richieste ad Artsana S.p.A utilizzando i riferimenti riportati in questo manuale. Il prodotto non necessita di ricalibrazione. Non cercare di riparare il termometro. Per qualsiasi dubbio o problema contattare Artsana S.p.A.

GARANZIA
Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso.
La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali.
Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

EN FLEX NIGHT THERMOMETER

INSTRUCTIONS
Please read the safety instructions and instructions for use carefully before use and keep them for future reference.

WARNINGS
Before using the first time and after every measurement, clean and sanitize the probe. Keep in a safe place and out of the reach of children. It is not a toy. Never leave children alone while measuring temperature. The thermometer contains small components (batteries, etc.) that may be swallowed by children putting their health at risk. Persons with cognitive limitations must use the thermometer under the supervision of an adult. The thermometer is intended solely for the measurement of body temperature. In the case of knocking, falls or doubts about the operation of the product, contact the distributor. Do not try to fix the thermometer. If in doubt or if the temperature rises, contact your physician. After use put the thermometer away in a cool, dry place, away from dust. Positioning the thermometer correctly is essential to accuracy when measuring temperature. Refrain from drinking hot or cold beverages, performing physical exercise, taking a bath or shower or smoking in the 15 minutes before temperature measurement. To ensure correct measurement of temperature, follow the instructions below. For rectal and oral use only. Thermometer for direct measurement. No recalibration required.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Switch on the thermometer by pressing the ON/OFF button.
2. The display will show all the segments below in the following order: "188.8°E M" » "Last measurement taken" (e.g., 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98,6°F" (self-test temperature) » "Lo°C/ Lo°F" with flashing °C to indicate the start of measurement;
3. Position the thermometer:
   a. Oral use (~10 sec.): Position the tip of the probe in the lower part of the mouth, under the tongue, and close your mouth.
   b. Rectal use (~10 sec.): Insert the tip of the probe a few millimetres in the rectum. If you encounter resistance in doing so, stop immediately. To measure the temperature of a baby rectally, lay the baby on a flat surface on a hard surface and lift his legs toward his chest holding him securely to keep him from turning during the measurement. Remember that internal body temperature is always slightly higher than the external body temperature (about 0.5°C). Do not use lotions, vaseline or the like on the tip.
4. A beep alerts you when the measurement is finished. The display lights up a few seconds to favour the reading of the temperature. **FEVER ALERT**: If the temperature is ≥37.8 °C (≥ 100.0 °F), you will hear an alarm sound.
5. If the Lo°C/ Lo°F appears, the thermometer has measured a temperature below the minimum value of the measurement range. If the Hi°C/ Hi°F appears, the thermometer has measured a temperature above the maximum value of the measurement range. In these cases we suggest checking that the thermometer is positioned correctly and repeat the measurement. If "ERR" appears, the thermometer is not working correctly: Contact our Customer Service.
6. After measurement, switch off the thermometer off by pressing the button (if you forget it ON, it will switch off automatically after about 10 minutes). If "ERR" appears, the thermometer is not working correctly: Contact our Customer Service.

PRECAUTIONS IN THE CASE OF AXILLARY MEASUREMENT
Since the thermometer is for direct and rapid measurement, we recommend rectal and oral use only.
If you need to measure the axillary temperature, take these precautions to allow the axillary temperature to stabilise:
- Make sure that the armpit is dry;
- With the thermometer still off, place the tip in the armpit and hold your arm tightly against the body staying in this position for about 60 seconds before measurement;
- Proceed with the measurement as illustrated in the paragraph "Instructions for use".

SELECTING THE °C/°F SCALE
To change scale, with the thermometer off, keep the ON/OFF button pressed for at least 2 seconds after which the change of the unit of measurement will appear. Release the button. The thermometer will automatically start the self-test procedure to continue with measurement.

CHANGING THE BATTERY
The thermometer is powered by an LR-1130 battery with an average life of about 1000 measurements. The symbol appears to indicate that the battery is low. Change battery immediately. To change the battery: open the battery compartment by turning the cover 45° counterclockwise with the aid of a utensil. Remove the flat battery and insert a new one with the positive pole "+" facing up. Close the compartment by turning it 45° clockwise. Dispose of old batteries in differentiated waste collection containers, following the instructions at the end of this manual. Keep out of reach of children: they are toxic if ingested.

CLEANING AND DISINFECTION
The thermometer and the probe can be cleaned using a cotton wad soaked with alcohol or a disinfectant solution. The probe is waterproof. The instrument is not waterproof. Do not immerse it in liquid or let water or other liquids penetrate the device. Never use abrasive detergents, solvents or benzene.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Temperature measurement range: 32 °C (90.0 °F) - 42.9 °C (109.9 °F)
- Accuracy: ±0.1°C (0.2°F) 35.5°C (95.9°F) - 42.0°C (107.6°F); ±0.2°C [0.4°F] <35.5°C >42.0°C
- Power: LR-1130:1.5V DC battery or equivalent
- Estimated measurement time: 10 seconds in the test environment
- Operating temperature: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), humidity <=85%RH non condensing, 700-1060hPa
- Life expectancy 10,000 measurements

STORAGE & TRANSPORTATION ENVIRONMENT

	Temperature -25 °C / 55 °C (-13.0°F / 131.0°F)		Humidity <=85%RH not condensing

Storage / transportation pressure : 700hPa - 1060hPa

LOT	Batch number	REF	Catalogue Number
	The probe is a type BF applied part		Manufacturer

IP 22 degree of protection against penetration of solids and liquids (dripping water when tilted 15°).

Compliant with MDD 93/42/EEC and Directive 2007/47/EC

Complies with standard EN 12470-3:2000+A1:2009
Clinical thermometers - part 3: performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
1. The thermometer was designed in compliance with applicable standards and Electromagnetic Compatibility requirements.
It is nonetheless necessary to take some EMC precautions and to prepare and use the thermometer in compliance with the EMC instructions provided in this document.
2. Wireless communication equipment, such as domestic network wireless devices, cell phones, cordless phones and their base stations, and walkie-talkies, can affect the device and should be kept at least at a distance "d" away from the said equipment.
Distance "d" is calculated by the manufacturer in the column 800MHz to 2,5 GHz of table 6 of standard IEC 60601-1-2: 2007, as the case may be.
To reduce possible interference due to mobile devices and RF transmitters, the manufacturer suggests keeping the equipment at a safety distance of at least 1 m.
For more information on the EMC conformity of the FLEX NIGHT thermometer, contact Artsana S.p.A using the contact information provided in this manual. The product does not require re-calibration. Do not try to repair the thermometer. In case of doubts or problems, contact Artsana S.p.A.

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions for use.
The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events.
For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided

FR THERMOMÈTRE FLEX NIGHT

MODE D'EMPLOI
Avant l'utilisation, lire attentivement les avertissements ainsi que le mode d'emploi et les conserver pour toute référence future.

AVERTISSEMENTS
Avant la première utilisation et après chaque mesure, nettoyer et désinfecter la sonde. Conserver dans un endroit sûr et loin de la portée des enfants, ceci n'est pas un jouet. Ne jamais laisser votre enfant seul pendant la mesure de la température. Le thermomètre contient de petites pièces (piles, etc.) qui peuvent être avalées par les enfants et mettre leur santé en danger. L'utilisation éventuelle sur des sujets ayant des capacités cognitives réduites doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte. Ce thermomètre est destiné exclusivement à la mesure de la température corporelle. En cas de chocs, de chutes ou de doutes sur le fonctionnement du produit, contacter le distributeur. Ne pas essayer de réparer le thermomètre. En cas de doutes ou de hausse de la température, consulter un médecin. Après l'utilisation, ranger le thermomètre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière. Le positionnement correct du thermomètre est essentiel pour une mesure précise de la température. Eviter de boire des boissons chaudes ou froides, de pratiquer une activité physique, de prendre un bain ou une douche et de fumer pendant les 15 minutes précédant la mesure. Pour être sûr de mesurer la température correctement, suivre les instructions reportées ci-dessous. Uniquement à usage rectal et oral. Thermomètre à mesure directe. Ne nécessite pas de réétalonnage.

MODE D'EMPLOI :
1. Allumer le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF
2. Tous les segments apparaîtront dans l'ordre sur l'afficheur : « 188,8°E M » » « Dernière mesure effectuée » (ex. 36,0°C M/96,8°F M) » « 37,0°C/98,6°F » (température d'autotest) » « Lo°C/ Lo°F » avec °C clignotant pour indiquer le début de la mesure ;
3. Positionner le thermomètre :
   a. Usage oral (~10 s) : positionner l'embout de la sonde dans la partie inférieure de la bouche, sous la langue et fermer la bouche.
   b. Usage rectal (~10 s) : insérer l'embout de la sonde de quelques mm dans le rectum. Si vous rencontrez une résistance, ne pas insister, interrompre immédiatement. Pour mesurer la température du nouveau-né par voie rectale, l'allonger sur une surface rigide, le placer sur le côté et remonter ses jambes vers sa poitrine tout en le maintenant fermement de façon à ce qu'il ne puisse pas se retourner pendant la mesure. Nous rappelons que la température interne du corps est toujours légèrement supérieure à la température externe (environ 0,5°C). Ne pas utiliser de crèmes, de vaselines ou autres produits similaires sur l'embout.
4. Un signal sonore avertit que la mesure est effectuée. L'afficheur s'éclaire pendant quelques secondes pour faciliter la lecture de la température.
5. **ALARME FIÈVRE :** Si la température est ≥ 37,8 °C (≥ 100,0 °F), une alarme sonore est émise.
5. Si l'inscription Lo°C/ Lo°F s'affiche, cela signifie que le thermomètre a mesuré une température inférieure à la valeur minimum de la plage de mesure. Si l'inscription Hi°C/ Hi°F s'affiche, cela signifie que le thermomètre a mesuré une température supérieure à la valeur maximum de la plage de mesure. Dans ces cas, il est conseillé de vérifier le positionnement du thermomètre et de répéter la mesure. Si le message « ERR » s'affiche, le thermomètre présente des problèmes de fonctionnement : s'adresser au Service Consommateurs.
6. Après le relevé, éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton (si on oublie de l'éteindre, il s'éteindra tout seul au bout de 10 minutes environ). Si le message « ERR » s'affiche, le thermomètre présente des problèmes de fonctionnement : s'adresser au Service Consommateurs.

PRÉCAUTIONS EN CAS DE MESURE AXILLAIRE
S'agissant d'un thermomètre de mesure directe et rapide, il est conseillé de l'utiliser par voie rectale ou orale.
Dans le cas où une mesure axillaire serait nécessaire, prendre les précautions suivantes pour permettre à la température axillaire de se stabiliser :
- s'assurer que l'aisselle est sèche ;
- positionner l'embout du thermomètre éteint et serrer le bras contre le corps en restant dans cette position pendant 60 secondes environ avant d'effectuer la mesure ;
- procéder à la mesure comme décrit au paragraphe « Mode d'emploi ».

SÉLECTION DE L'ÉCHELLE °C/°F
Pour passer d'une échelle à l'autre, avec le thermomètre éteint, garder enfoncé le bouton ON/OFF pendant au moins 2 secondes pour afficher le changement de l'unité de mesure. Relâcher le bouton, le thermomètre démarre automatiquement la procédure d'autotest pour procéder à la mesure.

REMPLACEMENT DE LA PILE
Le thermomètre est alimenté par une pile du type LR-1130 dont la durée de vie moyenne est d'environ 1000 mesures. L'apparition du symbole indique que la pile est déchargée. Remplacer immédiatement la batterie. Pour remplacer la pile : ouvrir le compartiment de la pile en tournant le couvercle de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un outil. Enlever la pile déchargée et en introduire une neuve avec le pôle positif « + » tourné vers le haut. Refermer le couvercle du compartiment en le tournant de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. Les piles déchargées doivent être éliminées dans des récipients appropriés pour le tri sélectif selon les indications reportées à la fin du mode d'emploi. Tenir hors de portée des enfants : les piles sont toxiques en cas d'ingestion.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Le thermomètre et sa sonde peuvent être nettoyés à l'aide d'un coton imprégné d'alcool ou de solutions désinfectantes. La sonde est étanche. L'instrument n'est pas étanche, ne pas le plonger dans l'eau, ne pas faire entrer deau ni d'autres liquides. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs, de solvants ou de benzène.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Plage de mesure de la température : 32°C (90,0°F) - 42,9°C (109,9°F)
- Précision: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95,9°F) - 42,0°C (107,6°F) ; ±0,2°C [0,4°F] <35,5°C >42,0°C
- Alimentation : pile LR-1130:1.5V DC ou pile équivalente
- Temps approximatif de mesure : 10 secondes en environnement de test
- Température d'utilisation : 10°C – 35°C (50°F - 95°F), humidité <=85%HR sin condensante, 700-1060hPa
- Vie utile prévue 10 000 mesures

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	Température -25°C / 55°C (-13.0°F / 131.0°F)		Humidité <=85%HR non condensante

Pression de transport/conservation : 700hPa - 1060hPa

LOT	Numéro du lot	REF	Référence produit
	La sonde est une applicata-trice de type BF		Fabricant

IP 22 degré de protection contre l'entrée de corps solides et liquides (égouttement - inclinaison 15°).

Conforme aux directives MDD 93/42/CEE et 2007/47/CE
Conforme à la norme EN 12470-3:2000 +A1:2009
Thermomètres médicaux – Partie 3 : performances des thermomètres électriques compacts (non prédictifs et prédictifs) avec l'appareil au maximum.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
1. Le thermomètre est conforme aux normes en vigueur et aux conditions requises par la Compatibilité Electromagnétique.
Il faut dans tous les cas adopter certaines précautions en matière de EMC, préparer et utiliser le thermomètre selon les indications EMC fournies dans ce document.
2. Les appareils de communication sans fil comme les dispositifs wireless du secteur domestique, les téléphones portables, les téléphones cordless et leur base radio, ainsi que les walkie-talkie peuvent perturber ce dispositif et doivent être tenus à une distance "d" minimale.
La distance "d" est calculée par le fabricant dans la colonne allant de 800MHz à 2,5 GHz du tableau 6 de la norme CEI 60601-1-2: 2007, selon les cas.
A fin de réduire les éventuelles interférences provoquées par les dispositifs portables ou les émetteurs RF, le fabricant conseille de conserver l'appareil à une distance de sécurité d'au moins 1 m.
De plus amples informations sur la conformité EMC du thermomètre FLEX NIGHT peuvent être demandées à Artsana S.p.A en utilisant les références reportées dans cette notice. Le produit ne nécessite pas d'être recalibré. Ne pas essayer de réparer le thermomètre. En cas de doute ou de problème, veuillez contacter Artsana S.p.A.

GARANTIE
Le produit est garanti contre les défauts de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications prévues par la notice d'emploi.
La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou d'événements accidentels.
En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.

DE THERMOMETER FLEX NIGHT

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG
Vor dem Gebrauch die Hinweise und die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

HINWEISE
Vor dem ersten Gebrauch vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Messung reinigen und desinfizieren. An einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Thermometer ist kein Spielzeug. Kinder niemals während der Temperaturmessung unbeaufsichtigt lassen. Das Thermometer enthält kleine Bestandteile (Batterien usw.), die von Kindern verschluckt werden und so deren Gesundheit gefährden können. Die Verwendung durch in ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkten geistigen Fähigkeiten darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Das Thermometer wurde ausschließlich für die Messung der Körpertemperatur konzipiert. Im Falle von Stößen, Stürzen oder Zweifeln an der Funktion des Produkts den Händler kontaktieren. Das Thermometer nicht selbst reparieren. Bei Zweifelhaft oder bei einem Temperaturanstieg den Arzt konsultieren. Nach dem Gebrauch an einem kühlen und trockenen Ort und vor Staub geschützt aufbewahren. Die korrekte Positionierung des Thermometers ist von großer Wichtigkeit für eine korrekte Temperaturmessung. Während der letzten 15 Minuten vor der Messung sollte man keine heißen oder kalten Getränke konsumieren, keine körperliche Aktivität ausüben, baden oder duschen, rauchen. Um sicherzustellen, dass die Temperatur korrekt gemessen wird, die folgenden Anweisungen beachten. Nur für rektale oder orale Verwendung. Thermometer für direkte Messung. Erfordert keine neue Kalibrierung.

GEBRAUCH:
1. Das Thermometer einschalten, indem man die Taste ON/OFF drückt
2. Auf der Anzeige erscheinen nacheinander alle Segmente angezeigt: "188.8°E M" » "Letzte Messung" (z.B. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98,6°F" (Temperatur des Autotests) » "Lo°C/ Lo°F", wobei °C blinkt, um den Beginn der Messung anzuzeigen;
3. Das Thermometer positionieren:
   a. orale Verwendung (~10 Sek.): die Spitze des Fühlers im unteren Bereich des Mundes unter die Zunge positionieren und den Mund schließen.
   b. rektale Verwendung (~10 Sek.): die Spitze des Fühlers einige mm in den After einführen. Wenn dabei Widerstand festgestellt wird, sofort unterbrechen. Um die Temperatur eines Neugeborenen rektal zu messen, das Baby auf einer harten Oberfläche seitlich ablegen und die Beinchen zur Brust hochziehen. Das Baby bei behaltener Position festhalten, damit es sich während der Messung nicht umdrehen kann. Denken Sie daran, dass die interne Körpertemperatur immer leicht über der externen liegt (circa 0,5°C). Keine Salben, Vaseline ähnliches auf der Spitze verwenden.
4. Ein Piepton informiert darüber, dass die Messung zu Ende ist. Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf, um das Ablesen der Temperatur zu erleichtern. **FIEBERALARM:** Wenn die Temperatur ≥ 37,8 °C (≥ 100,0 °F) beträgt, wird ein Alarmton abgegeben.
5. Wenn Lo°C/ Lo°F angezeigt wird, hat das Thermometer eine Temperatur unter dem Messbereich erfasst. Wenn Hi°C/ Hi°F angezeigt wird, hat das Thermometer eine Temperatur über dem Höchstwert des Messintervalls erhoben. In diesen Fällen wird empfohlen, die korrekte Positionierung des Thermometers zu prüfen und die Messung zu wiederholen. Wenn "ERR" angezeigt wird, hat das Thermometer irgendeinen Betriebsstörung: Wenden Sie sich an die Verbraucherabteilung.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER AXILLAREN MESSUNG
Da es sich um ein Thermometer mit direkter und schneller Messung handelt, wird ein rektaler oder oraler Gebrauch empfohlen.
Falls eine axillare Messung vorgenommen werden muss, folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um eine Stabilisierung der Achseltemperatur zu gestatten:
- sicherstellen, dass die Achsel trocken ist;
- die Spitze des ausgeschalteten Thermometers positionieren und den Arm gegen den Körper drücken. Zirka 60 Sekunden in dieser Position bleiben, bevor die Temperatur gemessen wird.
- die Thermometer messen, wie im Absatz "Gebrauch" beschrieben wird.

AUSWAHL DER °C/°F-SKALA
Um von einer Skala zur anderen zu wechseln, mit ausgeschaltetem Thermometer die Taste ON/OFF mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten. Danach wird der Wechsel der Maßeinheit angezeigt. Die Taste loslassen. Das Thermometer startet automatisch das Autotest-Verfahren, um mit der Messung fortzufahren.

AUSTAUSCH DER BATTERIE
Das Thermometer wird mit einer Batterie vom Typ LR-1130 gespeist, deren Mindestlebensdauer 1000 Messungen beträgt. Wenn das Symbol angezeigt wird, bedeutet das, dass die Batterie leer ist. Unverzüglich die Batterie austauschen. Um die Batterie auszutauschen: Das Batteriefach öffnen, indem man den Deckel mit einem Werkzeug um 45° gegen den Uhrzeigersinn dreht. Die leere Batterie herausnehmen und die neue mit dem Pluspol "+" nach oben gerichtet einlegen. Den Deckel des Batteriefachs wieder schließen, indem man ihn um 45° im Uhrzeigersinn dreht. Die leeren Batterien müssen in den vorgesehenen Behältern für die getrennte Müllsammlung gemäß den Anweisungen am Ende der Gebrauchsanleitung entsorgt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: sie sind giftig, wenn sie verschluckt werden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
Das Thermometer und sein Fühler müssen mit einem in Alkohol oder Desinfektionslösung getränkten Wattebausch gereinigt werden. Der Fühler ist wasserdicht. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Dieses nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diese eindringen lassen. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel oder Benzol.

TECHNISCHE DATEN
- Temperaturmessintervall: 32°C (90.0°F) - 42.9°C (109.9°F)
- Genauigkeit: ±0,1°C (0.2°F) 35.5°C (95.9°F) - 42.0°C (107.6°F); ±0,2°C [0.4°F] <35.5°C >42.0°C
- Speisung: Batterie LR-1130:1.5V DC oder gleichwertige Batterie
- Ungefähre Messzeit: 10 Sekunden in Testumgebung
- Betriebstemperatur: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), Feuchtigkeit <=85%RF nicht kondensierend, 700-1060hPa
- Vorgesehene Betriebszeit 10.000 Messungen

UMGEBUNGSTEMPERATUR (TRANSPORT UND LAGERUNG)

	Temperatur -25°C / 55°C (-13.0°F / 131.0°F)		Feuchtigkeit <=85%RF nicht kondensierend

Luftdruck für Transport und Lagerung: 700 hPa - 1060 hPa

LOT	Chargennummer	REF	Produktcode
	Der Fühler ist ein Anwendungsteil des Typs BF		Hersteller

IP 22 Schutzart gegen das Eindringen von festen und flüssigen Körpern (Tropfen - Neigung 15°).

Entspricht der Richtlinie über Medizinprodukte MDD 93/42/EWG und 2007/47/EG
Entspricht der Norm EN 12470-3:2000+A1:2009
Medizinische Thermometer - Teil 3: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kompaktthermometer mit Maximumvorrichtung.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT
1. Das Thermometer wurde unter Beachtung der geltenden Vorschriften und den Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit entwickelt.
Es müssen dennoch einige Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV getroffen werden, sowie Thermometer in Übereinstimmung mit den in diesem Dokument angegebenen EMV-Anweisungen vorbereiten und verwenden.
2. Drahtlose Geräte wie Netzwerkgeräte für Heim-Anwendung in Ihrem Haus, Mobiltelefone, kabellose Telefone und ihre Funkbasisstationen und Walkie-Talkies können dieses Gerät beeinträchtigen und müssen sich daher in einem Abstand „d" von diesem Gerät befinden.
Der Abstand „d" wird durch den Hersteller in der Spalte von 800MHz bis 2,5 GHz der Tabelle 6 der Norm IEC 60601-1-2: 2007 berechnet.
Um mögliche Störungen durch Mobilgeräte oder RF-Sender zu reduzieren, empfiehlt der Hersteller das Gerät in einem Sicherheitsabstand von mindestens 1 m zu halten.
Weitere Informationen über die EMV-Konformität des Thermometers FLEX NIGHT können bei Artsana S.p.A unter Angabe der Referenzen in diesem Handbuch angefordert werden. Das Produkt erfordert keine neue Kalibrierung. Versuchen Sie nicht das Thermometer selbst zu reparieren. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Artsana S.p.A.

GARANTIE
Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanleitung) auftreten.
Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder durch persönlichen Unglücksfall verursachten Schäden.
Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler verweisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des Kauflandes.

ES TERMÓMETRO FLEX NIGHT

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de utilizarlo por primera vez y después de cada medición, limpie y desinfecte la sonda. Conserve en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, no es un juguete. Nunca deje al niño solo mientras le mide la temperatura. El termómetro contiene pequeños componentes (pilas, etc.) que los niños podrían tragar, poniendo en riesgo su salud. Su uso sujetos con discapacidades cognitivas debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. Este termómetro está destinado únicamente a medir la temperatura del cuerpo. En caso de golpes o caídas, o si se tiene dudas sobre el funcionamiento del producto, contacte con el distribuidor. No intente arreglar el termómetro. En caso de dudas o de aumento de la temperatura consulte con su médico. Después de usarlo, guarde el termómetro en un lugar fresco, seco y protegido del polvo. Guardar correctamente del termómetro es fundamental para obtener una medición precisa de la temperatura. No ingerir bebidas calientes o frías, no haga actividad física, no se bañe o duche, no fume durante los 15 minutos previos a la medición. Para asegurarse de medir la temperatura de forma correcta siga las siguientes instrucciones. Exclusivamente para uso rectal y oral. Termómetro de medición directa. No necesita ser calibrado.

MODALIDAD DE EMPLEO:
1. Encienda el termómetro pulsando el botón ON/OFF
2. En la pantalla aparecerán, en orden, todos los datos: "188,8°E M" » "Última medición realizada" (por ej. 36,0°C M/96,8°F M) » "37,0°C/98,6°F" (temperatura de autotest) » "Lo°C/ Lo°F" con °C parpadeando, que indica que inicia la medición;
3. Coloque el termómetro:
   a. Uso Oral (~10 seg.): coloque la punta de la sonda en la parte inferior de la boca, debajo de la lengua y cierre la boca.
   b. Uso Rectal (~10 seg.): introduzca unos cuantos milímetros de la punta de la sonda en el recto. Si durante esta operación observa resistencia, interrumpala inmediatamente. Para medir la temperatura del recién nacido por vía rectal: acuéstelo de lado sobre una superficie sólida, lleve sus piernas hacia el pecho y manténgalo sujeto, de manera que no pueda voltearse durante la medición. Recuerde que la temperatura interna siempre es ligeramente superior a la externa (alrededor de 0,5°C). No aplique ningún tipo de ungüento, vaselina u otros productos similares en la punta.
4. Una señal acústica avisa cuando la medición ha terminado. La pantalla se ilumina por algunos segundos para facilitar la lectura de la temperatura. **ALARMA DE FIEBRE:** Si la temperatura es ≥ 37,8 °C (≥ 100,0 °F), se emite un sonido de alarma.
5. Si aparece la leyenda Lo°C/ Lo°F significa que el termómetro ha medido una temperatura inferior al valor mínimo del intervalo de medición. Si aparece la leyenda Hi°C/ Hi°F significa el termómetro ha medido una temperatura superior al valor máximo del intervalo de medición. En estos casos se sugiere comprobar que el termómetro se ha colocado correctamente y repetir la medición. Si aparece la leyenda "ERR" significa que el termómetro presenta problemas de funcionamiento; contácte con el servicio de asistencia al cliente.
6. Después de la medición, apague el termómetro pulsando el botón (si se olvida encendido éste se apagará tras unos 10 minutos). Si aparece la leyenda "ERR" significa el termómetro presenta problemas de funcionamiento; contácte con el servicio de asistencia al cliente.

PRECAUCIONES EN CASO DE MEDICIÓN EN LAS AXILAS
Tratándose de un termómetro de medicion directa y rápida, se aconseja su uso rectal u oral.
Si es necesario efectuar la medición en la axila, tome las siguientes precauciones para que la permanezca en la axila se estabilice:
- asegúrese de que la axila esté seca;
- coloque la punta

GARANTIE

Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen.

De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen.

Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze oozyten zijn.

PL TERMOMETR FLEX NIGHT

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcje użytkowania i zachować je na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

Przed pierwszym użyciem i po każdym pomiarze wyczyścić sondę i wykonać jej sanityzację. Przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. To nie jest zabawka. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru podczas pomiaru temperatury. Termometr zawiera małe elementy (baterie itp.), które mogą zostać połknięte przez dzieci i zagrozić ich zdrowiu. Ewentualne uzycie w przypadku podmiotów o ograniczonych zdolnościach poznawczych wymaga nadzoru osoby dorosłej. Termometr jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru temperatury ciała. W przypadku ucierpienia, upadku lub jeżeli zaistnieją wątpliwości odnoszące działania produktu, zwrócić się do producenta. Nie próbować naprawiać termometru. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości skontaktować się z lekarzem prosi lekarza. Po użyciu odłożyć termometr w miejsce chłodne i suche, zabezpieczone przed kurzem. Prawidłowe ułożenie termometru to położenie odsłaniające pomiaru termometru. Nie należy go wystawiać na działanie promienie nie pić gorących ani zimnych napojów, nie wykonywać aktywności fizycznej, nie brać kąpieli ani prysznicu oraz nie palić. Aby mieć pewność, że pomiar jest wykonywany prawidłowo, rzestrzegać poniższych instrukcji. Tylko do użytku rektalnego i ustnego. Termometr do pomiaru bezpośrednio. Nie wymaga żadnej kalibracji.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Włączyć termometr naciskając przycisk ON/OFF.
2. Na wyświetlaczu wyświetlą się kolejno wszystkie segmenty: "188.8°E M" » "Ostatni wykonany pomiar" (np. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (temperatura autotestu) » "Lo°C/ Lo°F" z migającym symbolem °C informującym o rozpoczęciu pomiaru.
3. Umieścić termometr:
a. Zastosowanie doustne (~10 sek): końcówkę sondy umieścić w dolnej części pod językiem, z dala od zębów.
b. Zastosowanie rektalne (~10 sek.): końcówkę sondy wsunąć do odbytu na kilka mm. Jeżeli podczas tej czynności jest wyczuwalny opór, natychmiast przestać. Aby zmierzyć temperaturę pachową, umieścić końcówkę, położyć go bokiem na sztywnej powierzchni i przysunąć nóżki do klatki piersiowej trzymając go nieruchomo, czy nie mierzy temperatury od końcówki podczas pomiaru. Pamiętać, że termometr przestanie ciała jest zbyt wysze nieco wyższa niż zwrmężenia (około 0,5°C). Nie smarować końcówki maściami, wazeliną ani innymi środkami podobnymi.
4. Sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu pomiaru. Wyświetlacz podświetla się na kilka sekund, co ułatwia odczytanie temperatury. **ALARM GORĄCZKI**: Jeżeli temperatura wynosi ≥ 37,8 °C (≥ 100.0 °F), włącza się dźwięk alarmowy.
5. Jeżeli wyświetli się napis Lo°C/ Lo°F, oznacza to, że termometr zmierzył temperaturę poniżej minimalnego przedziału pomiarowego. Jeżeli wyświetli się napis Hi°C/ Hi°F, oznacza to, że termometr zmierzył temperaturę powyżej maksymalnego przedziału pomiarowego. W takich przypadkach zaleca się sprawdzić, czy termometr jest prawidłowo umieszczony do pomiar. Jeżeli wyświetla się symbol „ERR", oznacza to, że termometr źle działa: skontaktować się z Serwisem Konsumenta.
6. Po wykonaniu pomiaru wyłączyć termometr naciskając przycisk (jeżeli zapomnimy o tym i pozostawimy go włączony, wyłączy się automatycznie po upływie około 10 minut). Na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF", oznacza to, że termometr dla działa skontaktować się z Serwisem Konsumenta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU POMIARU POD PACHĄ

Ze względu na fakt, że pot w znacznym stopniu zakłóca bezprzewodowej i szybkiego, zaleca się jego użycie rektalne lub doustne.

Gdyby zaszła potrzeba wykonania pomiaru pod pachą, zastosować wymienione środki ostrożności, tak aby temperatura pod pachą ustabilizowała się:

- upewnić się, że pacha jest sucha, a termometr jest dobrze wysuszony,
- umieścić końcówkę wydłużonego termometru i docisnąć ramię do ciała; przed rozpoczęciem pomiaru pozostać w tej pozycji przez około 60 sekund;
- rozpocząć pomiar zgodnie w sposób opisany w punkcie „Sposób użycia".

WYBÓR SKALI °C/°F

Aby zmienić jednostkę skale na drugą, wyłączyć termometr i przytrzymać naciśnięty przycisk ON/OFF przez około 15 sekund, aż pojawi się wybrana jednostka; się symbol zmiany jednostki pomiaru. Zwolnić przycisk. Termometr automatycznie wykona procedurę autotestu w celu przystąpienia do pomiaru.

WYMIANA BATERII

Termometr jest zasilany baterią typu LR-1130, której minimalna trwałość wynosi 1000 pomiarów. Wyświetlany symbol informuje o wyczerpaniu baterii. Natychmiast wymienić baterię. Należy zwrócić uwagę na jakimś narzędziem pokrywkę wnęki na baterię w lewo o 45° i otworzyć ją. Wyjąć zużytą baterię i umieścić nową zwróconą biegunem dodatnim "+" do góry. Zamknąć pokrywkę wnęki obracając ją w prawo o 45°. Wyczerpane baterie trzeba wyrzucić do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów, zgodnie ze wskazówkami podanymi na końcu instrukcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Są trokyczne. jeżeli zostaną połknięte.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Termometr wraz z sondą można czyścić wacikiem nasączonym alkoholem lub roztworami dezynfekującymi. Sonda jest wodoodporna. Przyrząd nie jest nieprzemakalny, dlatego nie należy go zanurzać w wodzie ani w innych cieczach, nie przecieky do środka. Nigdy nie stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani benzyny.

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiarowy temperatury: 32°C (90,0°F) - 42,9°C (109,9°F)
- Dokładność: ±0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95,9°F) - 42,0°C (107,6°F); ±0,2°C (0,4°F) <35,5°C/ 42,0°C
- Zasilanie: bateria LR-1130-1,5V DC lub bateria równoważna
- Przybliżony czas pomiaru: 10 sekund w otworze ustnym
- Temperatura stosowania: 10°C - 35°C (50°F - 95°F), wilgotność <=85%RH bez kondensacji, 700-1060 hPa
- Przewidywana trwałość 10000 pomiarów

WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA			
Temperatura -25°C / 55°C (-13.0°F / 131,0°F)	Bez kondensacji	Wilgotność <=85%RH bez kondensacji	

Ciśnienie transportu/przechowywania: 700 hPa - 1060 hPa

LOT	Numer partii	REF	Kod produktu
	Końcówka jest częścią nakładaną typu BF		Producent

IP 22 stopień ochrony przed przenikaniem cząstek stałych i płynów (przeciekanie - nachylenie 15°).

Zgodny z dyrektywą MDD 93/42/EWG i 2007/47/WE

Zgodny z normą EN 12470-3:2000+A1:2009

Termometryczny lekarskie - część 3: termometry elektryczne kompaktowe (niepogrogniozące i prognozujące) z urządzeniem maksymalnym.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

1. Termometr został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami oraz z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej.

Trzeba jednakże zastosować kilka środków ostrożności w kwestii EMC oraz przygotować i używać termometr zgodnie ze wskazaniami zasad EMC przytoczonymi w tym dokumencie.

2. Bezprzewodowy sprzęt komunikacyjny, tak jak i bezprzewodowe urządzenia domowe, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe wraz ze stacjami radiowymi czy walkie-talkie mogą wpływać na działanie tego urządzenia i należy je trzymać w odległości równej co najmniej wymiarowi „d".

Odległość "d" jest odliczona przez producenta w oparciu o kolumnę od 800 MHz do 2,5 GHz w tabeli nr 6 normy IEC 60601-1-2: 2007, w zależności od przypadku.

W celu ograniczenia możliwych interferencji z urządzeniami przenośnymi lub z nadajnikami RF, producent zaleca trzymanie sprzętu w bezpiecznej odległości równej co najmniej 1 m.

Wyższe informacje na temat EMC znajdują się w załączonej EMC termometru FLEX NIGHT można uzyskać w firmie Artsana S.p.A kontaktując się z nią za pomocą danych kontaktowych podanych w tej instrukcji. Produkt nie wymaga ponownej kalibracji. Nie przechowywać termometru w wilgotnych lub zachlapanych miejscach. Jeżeli termometr ma problemy z działaniem, skontaktować się z Artsana S.p.A.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom instrukcji użytkowania i konserwacji.

Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń.

Odnośnie czasu trwania gwarancji, obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową, należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, które mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

EL ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ FLEX NIGHT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τον τρόπο χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε μέτρηση, καθαρίζετε και απολυμαίνετε τον αισθητήρα. Φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι. Ποτέ μην αφήνετε μόνο του το παιδί κατά τη διάρκεια μέτρησης της θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο περιέχει μικρά εξαρτήματα (μπαταρίες, κ.λπ.) που μπορούν να καταποθούν και να βλάψουν τα παιδιά εάν τα καταπιούν. Η ενδεχόμενη χρήση από μειωμένες διανοητικές ικανότητες πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Αυτό το θερμόμετρο προορίζεται αποκλειστικά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς, πτώσης ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το θερμόμετρο. Για οποιαδήποτε ανωμαλία ή πρόβλημα επικοινωνήστε με τον γιατρό. Μετά τη χρήση, φυλάξτε το θερμόμετρο σε δροσερό και στεγνό μέρος προστατευμένο από τη σκόνη. Η σωστή τοποθέτηση του θερμομέτρου είναι αυτή για την οποία η μέτρηση της θερμοκρασίας. Απορρίψτε τα πιείτε ζεστά ή κρύα ποτά, να κάνετε σωματική άσκηση, να κάνετε μπάνιο ή ντους και να καπνίζετε. Για να βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση πραγματοποιείται σωστά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Μόνο για πρωκτική και στοματική χρήση. Θερμόμετρο άμεσης μέτρησης. Δεν απαιτείται καμία βαθμονόμηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Ενεργοποιήστε το θερμόμετρο πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF).
2. Στην οθόνη εμφανίζονται κατά σειρά τα ακόλουθα τμήματα: "188.8°E M" » "Τελευταία μέτρηση" (π.χ. 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (θερμοκρασία αυτοδιάγνωσης) » "Lo°C/ Lo°F" με το °C να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας την έναρξη της μέτρησης.
3. Τοποθετήστε τη μύτη του αισθητήρα:
α. Στοματική χρήση (~10 δευτ.): τοποθετήστε τη μύτη του αισθητήρα στην κάτω πλευρά του στόματος, κάτω από τη γλώσσα και κλείστε το στόμα.
β. Πρωκτική χρήση (~10 δευτ.): τοποθετήστε τη μύτη του αισθητήρα στον πρωκτό για μερικά mm. Αν κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής νιώσετε αντίσταση, διακόψτε αμέσως. Για να μετρήσετε τη θερμοκρασία στο υπογάστριο, τοποθετήστε τη μύτη του αισθητήρα στο δέρμα, στη μέση της φάνεια στο πλάι και μετακινήστε τα πόδια του προς το στήθος με τρόπο ώστε να μην μπορεί να γράψει κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Λάβετε υπόψη ότι η μετρούμενη θερμοκρασία του σώματος είναι ελαφρώς υψηλότερη από την εξωτερική (περίπου 0,5 °C). Μη χρησιμοποιείτε αλοιφές, βαζελίνη ή παρόμοια προϊόντα στην μύτη.
4. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί ότι η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί. Η οθόνη ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα για να διευκολυνθεί η ανάγνωση της θερμοκρασίας. **ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΕΤΟΣ**: Εάν η θερμοκρασία είναι ≥ 37,8 °C (≥ 100.0 °F), ακούγεται ένας ήχος συναγερμού.
5. Αν εμφανίζεται η ένδειξη Lo°C/ Lo°F το θερμόμετρο μέτρησε μια θερμοκρασία χαμηλότερη από το μέγιστο εύρος της διαστήματος μέτρησης. Αν εμφανίζεται η ένδειξη Hi°C/ Hi°F το θερμόμετρο μέτρησε μια θερμοκρασία υψηλότερη από το μέγιστο εύρος της διαστήματος μέτρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ελέγξτε εάν το θερμόμετρο είναι τοποθετημένο σωστά στο θερμόμετρο και να επαναλαμβάνετε τη μέτρηση. Αν εμφανίζεται η ένδειξη "ERR" το θερμόμετρο παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας: Απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
6. Μετά τη μέτρηση απενεργοποιήστε το θερμόμετρο πατώντας το κουμπί (αν το ξεχάσετε αναμμένο, θα σβήσει μόνο του μετά από περίπου 10 λεπτά). Αν εμφανίζεται η ένδειξη "OFF" το θερμόμετρο παρουσιάζει προβλήματα: Απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ

Δεδομένου ότι πρόκειται για θερμόμετρο άμεσης και ταχείας μέτρησης δεν συνιστάται η στοματική και πρωκτική χρήση.

Η πρωκτική και κολπική χρήση είναι πιο ακριβής.

Σε περίπτωση που κρίνετε απαραίτητη τη μέτρηση, λάβετε αυτά τα μέτρα προκειμένου να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία:

- Βεβαιωθείτε ότι η μασχάλη είναι στεγνή
- Τοποθετήστε τη μύτη του επιμήκους θερμομέτρου βεβαιωθείτε και σφίξτε το μπράτσο πάνω στο σώμα παραμένοντας σε αυτή τη θέση για περίπου 60 δευτερόλεπτα πριν κάνετε τη μέτρηση.
- Προχωρήστε στη μέτρηση με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην παράγραφο "Τρόπος χρήσης".

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ °C/°F

Για να περάσετε από τη μία επιλογή στην άλλη, με το θερμόμετρο απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF) για περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το ειδικό σήμα και εμφανιστεί η άλλαγή της μονάδας μέτρησης. Αφήστε το κουμπί, το θερμόμετρο εκτελεί αυτόματα τη διαδικασία αυτόματης δοκιμής προκειμένου να προχωρήσει στη μέτρηση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το θερμόμετρο τροφοδοτείται από μια μπαταρία τύπου LR -1130 η μέση διάρκεια της οποίας μπορεί να φτάσει τις 1000 μετρήσεις. Η ένδειξη του σύμβολο "-" υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Αντικαταστήστε αμέσως τη μπαταρία. Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία: - ανοίξτε τη θήκη μπαταριών, περιστρέφοντας το κατάλληλο αρχιτεκτονόρτσαρα κατά 45°. με ένα εργαλείο. Αφαιρέστε την αποφορτισμένη μπαταρία και τοποθετήστε μια καινούρια με την θετικό πόλο"+" γυρισμένο προς τα επάνω. Κλείστε ξανά το κατάκι της θήκης περιστρέφοντας δεξιόστροφα κατά 45°. Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται στα ειδικά δοχεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις στο τέλος των οδηγιών. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά: είναι τοξικές εάν καταποθούν.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Το θερμόμετρο και ο αισθητήρας του μπορούν να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας ένα βαμβακάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα ή απολυμαντικό διάλυμα. Ο αισθητήρας είναι αδιάβροχος. Το όργανο δεν είναι αδιάβροχο, μην το βυθίζετε και μην αφήνετε να εισχωρήσει νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά απορρυπαντικά, διαλυτικά ή βενζίνη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 32 °C (90,0 °F) - 42,9 °C (109,9 °F)
- Ακρίβεια: ±0,1 °C (0,2 °F) 35,5 °C (95,9 °F) - 42,0 °C (107,6 °F) ±0,2 °C (0,4 °F) <35,5 °C />42,0 °C
- Τροφοδοσία: μπαταρία LR-1130-1.5V DC ή ισοδύναμη μπαταρία
- Κατά προσέγγιση χρόνος μέτρησης: 10 δευτερόλεπτα σε περιβάλλον δωματίου
- Θερμοκρασία χρήσης: 10 °C – 35 °C (50 °F - 95 °F), υγρασία <=85%RH μη συμπυκνούμενη, 700-1060hPa
- Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής: 10.000 μετρήσεις

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

	Θερμοκρασία -25 °C / 55 °C (-13.0 °F / 131,0 °F)		Υγρασία <=85%RH μη συμπυκνούμενη

Πίεση μεταφοράς/φύλαξης: 700hPa - 1060hPa

LOT	Αριθμός παρτίδας	REF	Κωδικός προϊόντος
	Το αισθητήρι είναι είναι εφαρμοσμένο τύπου BF		Κατασκευαστής

IP 22 Βαθμός προστασίας ενάντια στην είσοδο στερεών και υγρών σωμάτων (στάξη με κλίση 15°).

Σύμφωνα με την οδηγία MDD 93/42/ΕΟΚ και 2007/47/ΕΚ

Συμμορφούνται με το πρότυπο EN 12470-3:2000+A1:2009.

Ιατρικά θερμόμετρα — Μέρος 3: επιδόσεις των συμπαγών ηλεκτρικών θερμομέτρων (κατά αντιπαραβολή και συμπερασμό) με διάταξη μέγιστης θερμομέτρησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

1. Το θερμόμετρο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται ορισμένα μέτρα προφύλαξης για την HMS. Να προετοιμάζεται και να χρησιμοποιείστε το θερμόμετρο σύμφωνα με τις υποδείξεις HMΣ που παρέχονται με το παρόν έγγραφο.

2. Η συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, όπως οι ασύρματες συσκευές του οικιακού ανετερού, τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλέφωνα και οι βάσεις τους, καθώς και τα walkie-talkie μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη συσκευή και θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον σε απόσταση "d" μεταξύ τους.

Η απόσταση "d" υπολογίζεται από τον κατασκευαστή στη στήλη των 800MHz στα 2,5 GHz του πίνακα 6 του προτύπου IEC 60601-1-2: 2007, κατά περίπτωση.

Προκειμένου να μειωθούν τυχόν παρεμβολές από κινητές συσκευές ή πομπούς Ρ.Σ, ο κατασκευαστής προτείνει να διατηρείτε τη συσκευή σε αποστασεις ασφαλείας τουλάχιστον 1 μέτρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ΗΜΣ του θερμόμετρου FLEX NIGHT μπορείτε να ζητήσετε από την Artsana S.p.A χρησιμοποιώντας τα παρόντα στοιχεία επικοινωνίας. Το προϊόν δεν χρειάζεται βαθμονόμηση. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το θερμόμετρο. Για οποιαδήποτε αμφιβολία ή πρόβλημα επικοινωνήστε με την Artsana S.p.A.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για οποιαδήποτε μη ορθή λειτουργία που υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης.

Σύνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα.

Όσον αφορά τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με την μη ορθή λειτουργία του προϊόντος ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στην χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR FLEX NIGHT TERMOMETRE

TALİMATLAR

Lütfen kullanmadan önce güvenlik talimatlarını ve kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR

İlk kez kullanmadan önce ve her ölçümden sonra, probu temizleyin ve dezenfekte edin. Güvenli ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Oyuncak değildir. Ateş ölçümü sırasında kesinlikle çocukları yalnız bırakmayın. Termometre, çocukların sağlığını riske atacak şekilde çocuklar tarafından yutulabilecek küçük bileşenler (pil vb.) içerir. Bilişsel kısıtlamaları olan kişiler termometreyi ile kullanmadan önce bir yetişkin denetimini almalıdır. termometre yalnızca vücut sıcaklığının ölçülmesi için tasarlanmıştır. Ürünün zarar görmesi, düşmesi veya çalışmasıyla ilgili şüphe duyulması ortaya çıkması halinde, distribütörle irtibata geçin. Termometreyi onarmaya kalkışmayın. Şüphe veya ateşin yükselmesi halinde, doktora başvurun. Kullanımdan sonra termometreyi serin, kuru ve tozdan korunaklı bir yerde saklayın. Doğru ölçüm termometrenin dudağın bir şekilde yerleştirilmesi, hassasiyet için önemlidir. Ateşin ölçülmesinden önceki 15 dakika boyunca, sıcak veya soğuk içecekler içmeyin, egzersiz yapmayın, duş veya banyo yapmayın ve sigara içmeyin. Ateşin doğru bir şekilde ölçülmesi için, aşağıdaki talimatları takip edin. Yalnızca rektal ve oral kullanım içindir. Doğrudan ölçüm için termometre. Kalibrasyon gerekmez.

KULLANIM TALİMATLARI:

1. AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak termometreyi açın.
2. Ekran, sağdaki tüm bölümleri aşağıdaki sırayla gösterecektir: "188,8°E M" » "Ölçülen son ateş" (örn., 36,0°C M/96,8°F M) » "37,0°C/98,6°F" (otomatik test sıcaklığı) » "Lo°C/ Lo°F", ölçüm başlangıcını göstermek için yanıp sönen °C sembolüyle.
3. Termometreyi yerleştirin:
a. Oral kullanım (~1 dak.): Probun uç kısmını ağzınızın alt kısmına, dilinizin altına yerleştirin ve ağzınızı kapatın.
b. Rektal kullanım (~10 sn.): Probun ucunu rektumun birkaç milimetre içerisine yerleştirin. Bu işlem sırasında herhangi bir direnç hissederseniz durdurun. Koltuk altından ölçmek için, bebeğin sırtı bir zemin üzerinde yana doğru yatırın ve dirsek kısmını göğsünün üzerine getirin. Bebeğin bir elini kullanarak, termometre başlığının göğsüne doğru kaldırın. Vücut iç sıcaklığının daima vücut dış sıcaklığından biraz daha yüksek (yaklaşık 0,5°C) olduğunu unutmayın. Üç kısmına dokunmayın. Ölçüm sırasında ağzınızı kapalı tutun.
4. Ölçüm tamamlandığında, bir bip sesi ile uyarır. Sıcaklığın okunmasını kolaylaştırmak için ekran birkaç saniye yanar. **YÜKSEK ATEŞ ALARMI:** Sıcaklık ≥ 37,8 °C (≥ 100.0 °F) ise, bir alarm sesi duyacaksınız.
5. Lo°C/ Lo°F görüntülenirse, termometre, ölçüm aralığının minimum sınırı altındaki bir sıcaklık ölçmüştür. Hi°C/ Hi°F görüntülenirse, termometre, ölçüm aralığının maksimum değeri üstündeki bir sıcaklığı ölçmüştür. Bu durumlarda termometrenin doğru bir şekilde yerleştirildiğinin kontrol edilmesini ve ölçümü tekrarlamanızı öneririz. Ekranda "ERR" görüntülenirse, termometre düzgün çalışmıyordur. Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçin.
6. Ölçüm sonrasında düğmeye basarak termometreyi kapatın (AÇIK unutursanız, yaklaşık 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır). "ERR" belirirse, termometre düzgün çalışmıyordur. Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçin.

KOLTUK ALTINDAN ÖLÇÜM YAPILMASI DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER

Termometre doğrudan ve hızlı ölçüm yapılmasına yönelik olduğu için, rektal ve oral kullanım önerilmiyor.

Koltuk altı sıcaklığını ölçmeniz gerekiyorsa, koltuk altı kuru olduğundan emin olun.

- Termometre hala kapalıyken, ucu koltuk altınıza yerleştirin ve kolunuzu vücudunuza sıkı bir şekilde bastırarak, ölçümden önce yaklaşık 60 saniye boyunca bu şekilde kalın.
- "Kullanım talimatları" paragrafında belirtildiği şekilde ölçüme devam edin.

°C/°F ÖLÇÜM BİRİMİNİN SEÇİLMESİ

Ölçüm birimini değiştirmek için, termometre kapalı iken, AÇMA/KAPAMA düğmesine en az 2 saniye süreyle basılı tutun; bu işlem sonrasında, ölçüm birimi değişimi görüntülenecektir. Düğmeyi serbest bırakın. Termometre, ölçüme devam etmek için otomatik test prosedürünü başlatacaktır.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Termometre, ortalama yaklı. 1000 ölçüm ömrüne sahip bir LR-1130 pil ile çalışır. Pilin azaldığını göstermek için " " sembolü görüntülenir. Pili değiştirmek için: Bir alet yardımıyla pil kapağını saat yönünün tersine 45° çevirerek pil bölmesini açın. Pili derhal değiştiriniz. Boş pili çıkartınız ve pozitif "+" tarafını yukarı bakacak şekilde yeni bir pil takın. Saat yönünde 45° çevirerek bölme kapağını kapatın. Eski piller, bu kılavuzun sonundaki talimatları takip ederek ayrılmış atık toplama muhafazalarına atın. Çocukların erişiminden uzak tutun; yutulması halinde zehirlidirler.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

Termometre ve probu, alkol veya bir dezenfektan solüsyonla nemlendirilmiş hijyenli pamuk kullanarak temizlemelisiniz. Prob su geçirmez özellikte. Alet su geçirmez özellikte değildir. Sıvıya batırmayın veya içerisine su ya da diğer sıvıların girmesine izin vermeyin. Asla aşındırıcı deterjanlar, solventler veya benzin kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıcaklık ölçüm aralığı: 32 °C (90,0 °F) - 42,9 °C (109,9 °F)
- Hassasiyet: ±0,1 °C (0,2 °F) 35,5°C (95,9°F) - 42,0°C (107,6°F); ±0,2°C (0,4°F) <35,5°C />42,0°C
- Güç: LR-1130-1,5V DC pil veya eşdeğeri
- Tahmini ölçüm süresi: Ağız boşluğunda 10 saniye
- İşletim sıcaklığı: 10°C – 35°C (50°F - 95°F), nem <=%85RH yoğuşmasız, 700-1060hPa
- Beklenen kullanım ömrü 10.000 ölçüm

NAKLİYE VE DEPOLAMA ORTAMLARININ İSİSİ

	Sıcaklık -25 °C / 55 °C (-13,0°F / 131,0°F)		Nem <=%85RH yoğuşmasız

Taşıma/saklama basıncı: 700hPa - 1060hPa

LOT	Parti numarası	REF	Katalog Numarası
	Prob, tip BF uygulamalı bir parçadır		Üretici

Katı ve sıvı nüfuzuna karşı koruma derecesi IP 22 (15° eğildiğinde su damlatma).

MDD 93/42/EEC ve 2007/47/EC Direktifine uygundur

Uygunluk değerlendirmesi EN 12470-3:2000+A1:2009

Klinik termometreler - kısım 3: kompakt elektrikli termometreler (tahmin edilemeyen ve tahmin edilemeyen performans), maksimum cihaz ile.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

1. Termometre, geçerli standartlar ve Elektromanyetik Uyumluluk gerekleri- ne uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yine de bu EMC/EMC dokümanında belirtilen ve termometrenin bu dokümanda verilen EMC talimatlarına uygun olarak kullanılması gereklidir.

2. Ev- gibi kablosuz cihazlar gibi telefonları, kablosuz telefonlar ve bunların baz istasyonları ve el telsizi gibi kablosuz iletişim ekipmanı, bu cihazı et- kileyebilir ve söz konusu ekipmandan en az"d" mesafesinde tutulmalıdır. "d" mesafesi, cihaz türüne göre, aşağıdaki tablo'e, 800MHz ila 2,5 GHz sütunu, standart: IEC 60601-1-2: 2007 (duruma bağlı olarak).

Cep telefonlarından ve RF vericilerinden kaynaklanabilecek girişimi azaltmak için, üreticinin en az 1 m. güvenli mesafede tutulmasını öneriyor.

FLEX NIGHT termometrenin EMC uygunluluğuna ilişkin daha fazla bilgi için, bu kılavuzda verilen irtibat bilgisini kullanarak Artsana S.p.A ile irtibata geçin. Ürün yeniden kalibrasyon yapılmasına gerek yoktur. Termometreyi ıslak veya kalkışmayın. Herhangi bir şüphe veya sorun durumunda, Artsana S.p.A ile irtibata geçin.

GARANTİ

Ürün, kullanım talimatlarında belirtildiği üzere normal kullanım koşullarındaki tüm uygunluk kusurlarına karşı garanti edilmiştir.

Dolayısıyla garanti; uygunsuz kullanım, eskime veya tesadüfi olayların neden olduğu hasarlar durumunda geçerli olmayacaktır.

Garanti süresi boyunca uygunluk kusurlarına ilişkin olarak, ürünün satın alındığı ülkede, geçerli ulusal yasaların varsa özel hükümlerine başvurun.

RU ТЕРМОМЕТР FLEX NIGHT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с предупреждениями и инструкциями по применению и сохраните их для обращения в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед первым использованием и после каждого измерения очищайте и стерилизуйте зонд. Храните в надежном месте, недоступном для детей. Термометр - не игрушка. Никогда не оставляйте ребенка одного при измерении температуры. Термометр содержит небольшие компоненты (батарейки и т.п.), которые могут быть проглочены детьми с соответствующим риском для их здоровья. Использование лицами со сниженными умственными способностями должно проходить под присмотром взрослых. Термометр предназначен только для измерения температуры тела. В случае ударов, падений, или в других случаях, когда существуют сомнения в отношении функционирования устройства, обратитесь к производителю. Не пытайтесь производить ремонт термометра. В случае возникновения сомнений или повышения температуры, обращайтесь к врачу. После использования термометр следует положить в сухое и прохладное место, защищенное от пыли. Правильное положение термометра является основополагающим для точного определения температуры. Избегайте пить горячих или холодных напитков, принимать ванну или душ и курения за 15 минут до измерения температуры, выполняйте следующие инструкции. Только для ректального и орального назначения. Термометр прямого измерения. Не нуждается в повторной калибровке.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Включите термометр, нажимая кнопку ON/OFF
2. На индикаторе последовательно появятся все сегменты: "188.8°E M" » "Последнее измерение" (например, 36.0°C M/96.8°F M) » "37.0°C/98.6°F" (температура самотестирования) » "Lo°C/ Lo°F" с мигающим символом °C, указывающим начало измерения;
3. Установите термометр:
а. Оральное применение (~10 сек): расположите наконечник зонда в нижней части ротовой полости, под язык и закройте рот.
b. Ректальное применение (~10 сек): установите наконечник зонда в прямую кишку на несколько мм. Если в ходе операции наблюдается сопротивление, немедленно прекратите процедуру. Для измерения температуры тела малыша ректальным способом, положите его на бок на твердую поверхность, сместите ножки и согните, удерживая его, таким образом, чтобы он не мог перевернуться при измерении. Помните, что измерение температура тела всегда слегка превышает внешнюю (приблизительно на 0,5°C). Не используйте смазочные в